

Метал та Якість, ТОВ
СЕРТИФІКАТ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
СХ02а
Легована сталь



ПРИЗНАЧЕННЯ Стандартний зразок СХ02а призначений для перевірки, калібрування засобів вимірювальної техніки, для метрологічної атестації та контролю методик вимірювань при визначенні хімічного складу сталі хімічними та фізико-хімічними методами

АТЕСТОВАНІ ЗНАЧЕННЯ (масова доля в %)

Елементи	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	N
Атестоване значення	0.092	0.86	2.12	0.0164	0.022	0.028	0.014	0.016	0.0070
Невизначеність C(95%)	0.002	0.01	0.02	0.0003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.0002

Невизначеність C(95%) оцінена як довірчий інтервал напівширини t-розподілу Стьюдента

Інформаційні значення (масова частка в %)

Mo	Al	Ti	V	Co	Pb	Sn	W	Sb	Zn	B
0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.0003	0.001	0.01	0.001	0.0003	0.002

ДАТА ВИПУСКА Лютий 2013

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ Лютий 2033

СПЕЦИФІКАЦІЯ Зразок виготовлений у вигляді гранул діаметром 0,8 мм довжиною 0,5-1,5 мм

ПОСТАЧАННЯ Стандартний зразок (250 г) в склянці, упакований в коробку та сертифікат аналізу

ЗБЕРІГАННЯ Стандартний зразок слід зберігати в щільно закритій склянці в сухому та прохолодному місці. Коли склянку відкривають для аналізу, її слід щільно закрити одразу після використання

БЕЗПЕКА Паспорт безпеки (SDS) не потрібен для СХ02а. Цей стандартний зразок і упаковка не містять небезпечних хімічних, вибухових і радіоактивних речовин, а також речовин, які можуть впливати на здоров'я та навколишнє середовище

ЛАБОРАТОРІЇ-УЧАСНИКИ АрселорМіттал Кривий Ріг
Азовсталь
Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча
Запоріжсталь
Дніпрспецсталь (ДСС)
Дніпровський металургійний комбінат (ДМКД)
Харцизький трубний завод
УкрНДІспецсталь
Науково-дослідний трубний інститут
Завод порошкової металургії
Науково-дослідний центр «Енергосталь»

КОНТАКТИ

Вул. Незалежної України 37, м. Запоріжжя 69019, Україна
Тел/факс: +380 61 7171800

rm@rm.co.ua
<https://rm.co.ua>