

Метал та Якість, ТОВ
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
АТЕСТОВАНИЙ СТАНДАРТНИЙ ЗРАЗОК
СХ03а
Вуглецева сталь



1. Загальні відомості

Найменування: атестований стандартний зразок складу сталі вуглецевої **СХ03а**

Призначення: стандартний зразок призначається для градування засобів вимірювальної техніки та контролю похибок вимірювань при визначенні хімічного складу сталей за ДСТУ 2651-2005 (ГОСТ 380-2005)

Розробник та виробник: ТОВ «Метал та Якість» м. Запоріжжя, Україна

2. Метрологічні характеристики: атестована характеристика - масова доля компонентів в процентах:

Елементи	C	S	P	Si	Mn	Cr	Ni	Cu
Атестоване значення	0,206	0,033	0,029	0,014	0,369	0,046	0,016	0,020
Похибка атестованого значення при довірчій ймовірності 0,95	0,003	0,001	0,001	0,004	0,008	0,004	0,001	0,003

3. Технічні дані: стандартний зразок виготовлено із листової сталі типу СтЗкп у вигляді неокисленої стружки товщиною не більше 0,3 мм

4. Комплект поставки: стандартний зразок у склянці (200 грам), упакований в коробку, паспорт

5. Термін придатності сертифікату: лютий 2031 р.

6. Умови зберігання та транспортування: стандартний зразок має зберігатись тільки в герметично закритій склянці. Коли склянка відкривається для аналізу, то негайно після використання вона повинна бути знову щільно закупорена. Транспортувати стандартні зразки допускається тільки в герметичній упаковці

7. Гарантійні зобов'язання: гарантується стабільність метрологічних характеристик на протязі терміну придатності при дотриманні умов зберігання та застосування

8. Лабораторії учасники атестаційного аналізу:

ПАТ «Запоріжсталь»

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ПрАТ «ММК ім. Ілліча»

ПАТ «ДМКД»

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод»

КП «НВК «Іскра»

Директор

В.М. Устименко